

## 仕様書

1 件名	令和8年度骨健康度測定器賃貸借契約
2 設置場所及び台数	いわき市役所本庁舎 保健福祉部 健康づくり推進課 測定器1台
3 賃貸借期間	令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日まで
4 支払方法	月額払いとし、当月分を翌月末日までに支払う

### 5 機器性能

1	品名・型番	骨健康度測定器 ・ Live Aid骨ウェーブ
2	測定原理	超音波方式
3	表示内容	判定(A~E)、骨波形指標、コメント
4	測定時間	約40秒
5	入力方式	タッチパネル
6	印刷方式	サーマルプリンタ
7	設置	温度10~35℃/湿度80%以下
8	電源	AC100V 50/60Hz
9	外観寸法	405W×383L×196H(mm)
10	重量	7.0 kg
11	消耗品	音響接合剤(音響スプレー) 感熱ロール紙(紙幅58mm、φ49mm以下)

### 6 セキュリティ機能

(1) 落札者は、いわき市情報セキュリティポリシーに規定する誓約書を提出すること。

### 7 保守及び維持管理等

(1) 機器の不具合が頻発した場合には、市と落札者で協議の上、機器を変更する場合がある。

### 8 機器の搬入等

- (1) 機器の詳細設定については、後日、市と協議し、その指示に基づき、設置及び設定を行うこと。
- (2) 機器の納入、設置、搬出及び執務室の変更に伴う移設等に要する一切の費用は、落札者の負担とする。
- (3) 契約期間中に機器の設定の変更等が生じたときは、市との協議により、当該変更に伴う費用について、落札者の負担とする場合がある。
- (4) 契約期間満了後は、速やかに機器を撤去することとし、撤去スケジュール等については、市と協議すること。